

地址: 江苏省苏州市, 吴江区黎里镇, 汾湖大道 558 号汾湖科创园

B-27 supplement, serum free 50×  
B-27 添加剂, 无血清 50×

Catalog Number: HB-C04110  
货号:

Lot Number: 23MA049  
批号:

Storage: -5 至 -20°C; 避光  
储存方式:

Expiration Date: 2024-01-01  
失效日期:

| Test<br>检测项目                                       | Test Content/Standard<br>检测内容/标准 | Result<br>结果 |
|--|----------------------------------|--------------|
| B-27 performance Testing <sup>1</sup><br>B-27 效能测试 | Pass<br>合格                       | Pass<br>合格   |
| Endotoxin <sup>2</sup> , as 1×<br>内毒素检测 (1×)       | 0.000 - 25.000 EU/ml             | 0.221 EU/ml  |
| Contamination <sup>3</sup><br>初始污染菌测试              | Negative<br>阴性                   | Pass<br>合格   |

Final Result:  合格;  不合格  
结果判定: 合格

## References

- B-27效能测试: B-27添加剂(50X)用于评估支持小鼠小肠类器官原代培养: 每个批次B-27添加剂配合无血清培养基Advanced DMEM/F12, 以及必要的细胞因子和抑制剂, 小肠隐窝接种后12-24小时形成类器官; 72小时后形成出芽结构; 5-7天可以进行传代, 才是可接受的。
- 内毒素检测: 中国药典2020年版四部通则(1143)方法2 (动态浊度法)
- 无菌测试: 中国药典2020年版四部通则(1101) (薄膜过滤法)

  
Quality Inspector:  Date: 2023-02-01  
质检员: 日期  
